



V.J. CARDIO SISTEMAS S.A.S

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:		Filtro de vena cava Celect
		REF: IGTCFS-65-2-UNI-CELECT K
REGISTRO INVIMA:		2022DM-0025474
VIDA ÚTIL:		36 meses
TITULAR DEL REGISTRO:		COOK Incorporated, Bloomington EEUU
SOLICITUD DEL REGISTRO:		VJ Cardiosistemas SAS, Santafé de Bogotá D.C.
FABRICANTE:		COOK Incorporated, Bloomington EEUU
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		III
PRESENTACIÓN COMERCIAL:		Empaque Sellado Estéril
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES FISCOQUIMICAS:	. Filtro no magnético en forma cónica con 30 mm de diámetro x 48 mm de largo. . Precargado en un introductor de filtro femoral y/o yugular, un sistema coaxial de 8,5 FR compatible con guía de 0.35", para la introducción y un dilatador hidrofílico. . Cuenta con 4 patas primarias con ganchos de fijación y 8 patas centradas para brindar mayor estabilidad.	
USOS DEL PRODUCTO:	Destinado a la prevención de la embolia pulmonar recurrente a través de la colocación en la vena cava en las siguientes situaciones: . Tromboembolismo pulmonar cuando está contraindicada la terapia anticoagulante. . Fracaso de la terapia anticoagulante en enfermedades tromboembólicas. . tratamiento de emergencia después de una embolia pulmonar masiva.	
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:	. Contraindicado en venas cavas mayores a 30 mm y menores de 15 mm . Este producto es elaborado para un solo uso . Almacenarse en un lugar oscuro, fresco y seco. . Proteger de la luz y el polvo.	