



FICHA TÉCNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO:	Retracta® Coils de embolización Controlada MWCER-35-14-18
REGISTRO INVIMA:	2021DM-0007115-R1
VENCIMIENTO:	2031-03-18
VIDA ÚTIL:	3 AÑOS
TITULAR DEL REGISTRO:	COOK MEDICAL INC.
IMPORTADOR:	VJ CARDIOSISTEMAS S.A.S
FABRICANTE:	COOK INCORPORATED
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	III
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Empaque Unitario Estéril
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES FÍSICOQUÍMICAS:	La espiral de embolización largable Retracta es una espiral de platino con fibras sintéticas espaciadas, y está unida a un alambre de implantación. La espiral de embolización largable Retracta está diseñada para implantarse en el vaso deseado empleando fluoroscopia. El sistema de la espiral de embolización Largable Retracta permite hacer avanzar la espiral y cambiar por completo su colocación antes de desplegarla finalmente. El sistema de implantación de espirales permite la implantación segura de espirales de embolización cuando la colocación correcta es especialmente importante. Mide .035 inch de diámetro x 14cm de longitud x 18 mm de diámetro.
USOS DEL PRODUCTO:	Se utiliza para la embolización de vasos arteriales y venosos.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:	Este producto es elaborado para un solo uso. Almacenar en un lugar oscuro, aireado y seco. Protegerlo del polvo, no exponerlo al sol.