



Medline Industries Ltd
Three Lakes Dr, Northfield, IL 60093,
Estados Unidos
www.medline.com



Ficha técnica

Inspirometro Incentivo - Ejercitador pulmonar

Producto	Espirómetros
Marca	HUDSON RCI, TRIFLO, VOLDYNE, AIR-EZE
Registro Sanitario	INVIMA2019DM-0019217
vigencia registro	10 años - Enero 2029
Fabricante	TELEFLEX MEDICAL INC, HUDSON RESPIRATORY CARE. MEDLINE INDSTRUTRIES, LP
País de origen	México, Estados Unidos de América
Riesgo	I
Tipo dispositivo	Invasivo
Vida útil	5 años, uso único por paciente
Fecha emisión registro	08/01/2019
Expediente	20156817
código IDM	14026704630117
GMDN	31266
Presentación	Caja 10 unidades. Empaque en unidades individuales. No estéril
Materiales de fabricación	Polipropileno, LDPE, Poli estireno, Polietileno, Polisopreno. Libre de látex
Usos	Dispositivo para estimular la respiración profunda y la tos, para ejercitar la musculatura respiratoria y prevención de atelectasias.
Condiciones de almacenamiento	Condiciones generales de almacenamiento: evitar temperaturas extremas, evitar luz directa, mantener en lugar limpio y seco.

Referencia(s)



Ejercitador de volumen pulmonar - orientado al flujo			
Referencia	Categoría	Flujo	Unidades/caja
1750	Adulto -pediatrico	200 - 1.200 ml/s	10

Descripción

Nuestros inspirómetros incentivos muestran el rendimiento respiratorio de los pacientes (con la ayuda de la bola, de marcas) y les animan a realizar respiraciones más profundas y largas. Perfectamente adaptados a la fisioterapia respiratoria postoperatoria, por ejemplo. Se utilizan para los ejercicios del flujo inspiratorio.

El ejercitador pulmonar para la inspiración profunda consta de:

- Una doble cámara que garantiza una resistencia constante para una inspiración profunda y sostenida
- El ejercitador pulmonar está destinado tanto a adultos como a pacientes de pediatría.
- El inspirómetro incentivo de flujo variable (200-1.200ml/s) viene con una boquilla y un tubo corrugado. Orientado al flujo.
- Ajustes del flujo: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 ml/s.



Para calcular el volumen inspirado, multiplique el tiempo de inspiración (en segundos) por el ajuste del flujo de inspiración (en cc/segundo).
Por ejemplo: Si usted inspira lenta y profundamente con un parámetro de flujo de 200 cc/s durante 5 segundos:
Tiempo de inspiración x parámetro de flujo = volumen de inspiración
 $5\text{ s} \times 200\text{ cc/s} = 1000\text{ cc}$ o 1 litro

Materiales principales

Carcasa/Tubo corrugado/Boquilla/Bola: Polipropileno (PP)
No fabricada con látex de caucho natural

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

TDS_Spirometers Lung Volume Exerciser_ES01

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte