

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

**SISTEMA DE LIGADURA
LIGACLIP****CÓDIGO
MCM20****CARACTERÍSTICAS**

Longitud	Tamaño de grapa	Número de grapas	Apertura de grapa	Longitud de grapas cerradas	Cantidad/caja
29,2 cm	Mediana	20	4,3 mm	6 mm	6

INFORMACION GENERAL

<i>Descripción</i>	El aplicador de grapas múltiples LIGACLIP® (MCA) está diseñado para ofrecer un medio de ligadura rápido y eficiente. Los dispositivos están precargados con 20-30 grapas de titanio que avanzan individualmente después de cada aplicación de la grapa.
<i>Materia Prima</i>	Acero Inoxidable, titanio.
<i>Usos frecuentes</i>	Para el uso en aplicadores en procedimientos de ligadura de vasos u otras estructuras tubulares donde esté indicado el uso de grapadoras metálicas.
<i>Transporte y almacenamiento</i>	Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez
<i>Recomendaciones de uso</i>	Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas

<i>Disposición final</i>	Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente
INFORMACIÓN REGULATORIA	
<i>Vida útil</i>	5 años
<i>Tipo de dispositivo</i>	Invasivo quirurgico
<i>Riesgo</i>	IIB
<i>Registro Sanitario</i>	INVIMA 2015 DM - 000771 - R3
<i>Fabricante</i>	ETHICON LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA con domicilio en BRASIL; ETHICON INC. con domicilio en MEXICO; ETHICON, INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
<i>Importadores</i>	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. con domicilio en Avenida Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento. Torre 2 - Pisos 3 al 11 - Bogotá-Colombia