

ENSEAL X1 CURVED JAW®



NOTA: imagen de referencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud Vástago	Unidades por Caja
NSLX125C	Sellador de Tejido ENSEAL® X1 Cuved Jaw.	25 cm	3
NSLX137C	Sellador de Tejido ENSEAL® X1 Cuved Jaw.	37 cm	3

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Dispositivo Bipolar Avanzado con Tecnología Adaptativa del tejido. ENSEAL X1 Curved Jaw® está diseñado para ser utilizado en cirugía abierta y laparoscópica, para seccionar y sellar vasos de hasta 7mm de diámetro, y para cortar, agarrar y disecar tejidos. Este dispositivo es para tejido blando únicamente. El instrumento consta de una empuñadura, un eje giratorio, una pala móvil y una cuchilla.

Medidas

Longitud mandíbula	24 mm
Ancho mandíbula	5 mm
Longitud del vástago	25, 37 cm
Diámetro del vástago	5 mm
Longitud del cable	3 m
Rotación del vástago	360°

Compatibilidad

Generador Ethicon GEN11

Usos Frecuentes

Los selladores de tejido ENSEAL X1 están indicados para el uso en intervenciones abiertas y laparoscópicas generales, ginecológicas, urológicas, torácicas, así como en procedimientos quirúrgicos de otorrinolaringología o cualquier procedimiento en el que se a necesario efectuar una ligadura de vasos (cortado y sellado), agarrar tejido, realizar disecciones y dividir vasos, vasos linfáticos y haces de tejido (por ejemplo, en resecciones intestinales, histerectomías, intervenciones en la vesícula biliar, funduplicaturas de Nissen, adhesiolisis y ooforectomías). Pueden utilizarse en vasos de hasta 7 mm, inclusive, y en los haces que encajen en las palas de los instrumentos.

Presentación

El instrumento sellador de tejido ENSEAL X1 con cable de alimentación integrado se suministra en condiciones estériles para el uso en un solo paciente. Deséchelo después de su uso.

Transporte & Almacenamiento

Guardar en un lugar seco

Mantener alejado de fuentes de calor

Temperatura: $\leq 30^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: 10% – 65%

***Para más información consultar manual del usuario**

Vida útil

5 años

Tipo de dispositivo

Invasivo

Riesgo IIB

Registro Sanitario INVIMA 2020DM-0004339-R1

Fabricante

ETHICON ENDOSURGERY S.A. DE C.V. con domicilio en MEXICO; ETHICON ENDOSURGERY LLC. con domicilio en PUERTO RICO

Titular licencia

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

