

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

MONOCRYL PLUS
ANTIBACTERIAL

CÓDIGO
SXMP1B409

CARACTERÍSTICAS

Material	Calibre hebra	Longitud de Hebra (cm)	Nombre Aguja	Longitud aguja (mm)	Curvatura aguja	Punta Aguja
Poliglecaprone 25 con recubrimiento antibacterial	2-0	20	SH	26	1/2 Circulo	Ahusada

Numero de agujas	Numero de hebras	Tamaño Pledget (mm)
1	1	No Aplica

INFORMACION GENERAL

Descripción	STRATAFIX SPIRAL Dispositivo de Control de Tejido sin Nudos MONOCRYL ANTIBACTERIAL
Tipo	Sutura barbada monofilamento unidireccional
Materia Prima	Copolimero de Poliglecaprona 25, Triclosán.
Color del material	Incoloro
Color empaque	Salmón
Retención fuerza tensil in vivo	INCOLORO 50% a 60% en 1 semana

	20% a 30% en 2 semana VIOLETA 60% a 70% en 1 semana 30% a 40% en 2 semanas
<i>Tiempo de absorción</i>	Completa entre 91-119 días. Se absorbe por hidrólisis.
<i>Reacción tisular</i>	Mínima.
<i>Usos frecuentes</i>	Aproximación de tejidos blandos, en los casos que sea apropiado el uso de suturas absorbibles
<i>Presentación</i>	Caja por 12 Unidades
<i>Transporte y almacenamiento</i>	Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez
<i>Recomendaciones de uso</i>	Dispositivo médico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas
<i>Disposición final</i>	Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descharacterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

INFORMACIÓN REGULATORIA	
<i>Vida útil</i>	24 Meses
<i>Tipo de dispositivo</i>	INVASIVO QUIRURGICO
<i>Riesgo</i>	III
<i>Registro Sanitario</i>	INVIMA 2017 DM - 0015909
<i>Fabricante</i>	ETHICON LLC, con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
<i>Importadores</i>	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.