

Ficha Técnica Tubo de Conexión Neonatal Drenaje Tórax REDAX REF 10564

Marca: **REDAX**


Modelo: Tubo de conexión
Neonatal / válvula de Heimlich

Descripción:

El Tubo de Conexión Neonatal /Válvula de Heimlich con tubo 100% silicona para conexión a Drenajes **REDAX**.


Características:

El Tubo de Conexión Neonatal /Válvula de Heimlich tubo 100 % silicona de 30cm de longitud en su parte proximal, unido a una válvula unidireccional transparente unida a su vez a un tubo de 150 cm de largo de medida distal con conector a drenaje a tórax **REDAX**



"Proyecto Restayling" - características comunes

Crecimiento	Edad/Peso
Nacimiento prematuro	Nacido antes del la 38a semana y peso < 2,5Kg
Neonato	Desde el nacimiento hasta la 4 semana, peso entre 2,5 y 4,5Kg
Infante (1a infancia)	Desde el 1mer mes y hasta los dos años ; peso hasta los 11Kg , 14Kg varones
Infante (2a infancia)	Desde los 2 a los 6 años
Niñez	Desde los 6 años hasta la pubertad
Pubertad	Desde los 11/13 años hasta los 18 para las hembras; Desde los 12/15 apoyos hasta los 18 para los varones
Adulto	A partir de 18-20 años



Línea:	Drenajes Torácicos
Nombre técnico:	Tubo de Conexión Neonatal / Válvula de Heimlich
Nombre comercial	Tubo de Conexión Neonatal a Drenaje REDAX.
Fabricante:	REDAX
País origen:	ITALIA
Almacenamiento:	Temperatura ambiente
Riesgo:	IIA
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	La válvula unidireccional REDAX (Heimlich), está diseñada para facilitar y evitar el retorno de fluidos y aire al paciente. Disponible con conector exclusivo a Drenaje de Tórax referencias Variant , está principalmente indicado para procedimientos de cirugía torácica en pacientes neonatos debido a que reduce el espacio muerto del sistema y devuelve al paciente la presión intra torácica a condiciones normales
Precauciones	✓ Desconexión del tubo ✓ Inversión de la dirección del flujo marcado en la válvula ✓ Coágulos sanguíneos ✓ Colapso del tubo
Registro Sanitario	2020DM-0021059
Vencimiento RS	Vence Enero 13 - 2030
Presentación:	Unidad
Método de esterilización	Óxido de etileno
Disposición final:	De acuerdo al protocolo de desecho de la institución.