

FICHA TECNICA

3741



NOMBRE: Circuito Jackson Rees de 1 Litro.

DESCRIPCIÓN:

Circuito Jackson Rees con balón de 1L. Conformado por: balón respiratorio, conector recto, tubo de silicona, válvula Jackson Rees, conector angulado y giratorio, conector recto, tubo de oxígeno de silicona liso. Paciente Pediátrico.

INDICACIONES DE USO:

Proveer ventilación al paciente ya sea en anestesia o reanimación.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Circuito Jackson Rees permite la administración de gases fresco durante el cuidado respiratorio en anestesia y/o reanimación.

PRECAUCIONES:

Ser utilizado por personal especializado en el área.

CONTRAINDICACIONES:

Según criterio médico

MATERIAL:

PVC Libre de látex.

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

De uso único por paciente. No realizar proceso de esterilización.

METODO:	Ninguno
DISPOSICIÓN FINAL:	Relleno Sanitario
REGISTRO INVIMA:	2018DM-0017803
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	Ila
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Ambu A/S
MARCA:	KING SYSTEMS

INFORMACIÓN ADICIONAL: