

**EL SUSCRITO DIRECTOR TÉCNICO DE INDUSTRIA TECNICA DE MADERAS S.A.
"INTECMA S.A."**

C E R T I F I C A:

Que en nuestra calidad de importadores comercializamos el producto denominado **APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN MARCA KENNEDY** y puede ser usado por personal médico y está elaborado bajo las siguientes especificaciones:

1. GENERALES

La varilla de los aplicadores está elaborada en madera de Abedul incolora de gran resistencia, el cual cumple con las siguientes especificaciones:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Contenido de fibra | Algodón 100% |
| • Tiempo de absorción | 10 segundos máximo |
| • Capacidad de absorción | 24 veces su peso, máximo |
| • PH | Neutro |
| • Extracto acuoso | 0.5% máximo |
| • Extracto alcohólico | No presenta huellas de color azul, verde o café |
| • Extracto etéreo | 0.70 |
| • Residuo a la ignición | 0.40 |

2. DIMENSIONES

El aplicador con algodón cumple con las siguientes medidas:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Longitud de la varilla | 150 mm $\pm$ 2 |
| • Diámetro de la varilla | 2.5 mm $\pm$ 0.1 |
| • Longitud del aplicador | 150 mm $\pm$ 2 |
| • Longitud algodónada | 17 mm $\pm$ 1 |
| • Diámetro mayor de la cabeza | 5 mm $\pm$ 1 |

3. CONTROL DE CALIDAD

Características:

- Higiene absoluta en el producto
- Contextura y rigidez en la varilla

- Seguimiento bacteriológico efectuado por frecuentes muestreos realizados por laboratorio especializado el cual garantiza que el producto está dentro de las especificaciones de salubridad.

4. EMPAQUE

El empaque final es una caja de cartón corrugado de forma rectangular con capacidad para 20.000 unidades en bolsas x 20 ó 100 aplicadores.



LUIS CARLOS ALZA QUIROGA
Director Técnico