

FICHA TECNICA TERMOMETRO MT 3001



Modelo	Termómetro MT 3001
Intervalo de medición	32.0 °C – 43.9 °C
Precisión de la medición	± 0.1°C Entre 34.0 °C y 42.0 °C. Fuera de ese rango la precisión es ±0.2 °C
Temperatura de funcionamiento	10°C y 40 °C; 15% a 95% de humedad relativa máxima
Tipo de punta	Rígida
Garantía	1 año
Pantalla de registro	Pantalla de cristal líquido (LCD)
Tiempo de medición	60 segundos
Memorias	Ultima medición
Fecha y hora	No
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a 60 °C; 15 a 95 % de humedad relativa máxima +/-2%RH
Tipo de pila	1 pila LR 41 o SR 41
Vida útil de la pila	Approx., 4500 mediciones usando una batería nueva.
Indicador de batería baja	Cuando aparezca en la pantalla el siguiente símbolo ▼
Viene con pila incluidas	Si
Normativa de referencia	• EN 1060-1:1995+A2:2009, • EN 1060-3:1997+A2:2009, • EN 1060-4:2004, • EN 60601-1:2006/A1:2013(IEC 60601:2005/2005/A1:2012), • EN 60601-1-2:2015(IEC 60601-1-2:2014), • IEC 60601-1-11 • EN 62304:2006/A1:2015 (IEC 62304:2006+AMD1:2015), • EN 60601-1-6:2010 (IEC 60601-1-6:2010) • EN ISO 10993-1:2009/AC:2010 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010) • EN ISO 10993-5:2009 (ISO 10993-5:2009)



	• EN ISO 10993-10:2010 (ISO 10993-10:2010) • EN ISO 10993-10:2012 (ISO 14971:2007) • EN 980:2008 • EN 1041:2008
--	---