

Ficha Técnica

Código – Referencia	
NEX0822-C	
Edición	1
Fecha	2021-12-5

Recuperador de pólipos y cuerpos extraños

Descripción

La ingestión de un cuerpo extraño de cualquier tamaño puede provocar un acceso de tos y atragantamiento, seguido de dolor retroesternal que cede con su paso al estómago. Los síntomas que sugieren que el cuerpo extraño está en el esófago incluyen dolor torácico y sialorrea, a veces disnea debida a la compresión de la laringe.

Características

NEX0822-C Recuperador de cuerpos extraños. Diente de Rata, Ø 2,3 mm, Long 180 cm, espiral de acero inoxidable, recubierta de teflón

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad



Marca:

Endo-Flex

País de Fabricación:

Alemania

Registro INVIMA:

2015DM-0013461

Materiales de Composición

ACRILONITRILLO BUTADIENO
ESTIRENO (ABS) ACERO
INOXIDABLE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, ACERO
INOXIDABLE / NIQUEL TITANIO

Presentación

Individual. Unidad de
Empaque: Caja por 10
unidades

Especificaciones

Para la extracción de cuerpos extraños como parte de un procedimiento endoscópico mínimamente invasivo, ENDO-FLEX ofrece numerosas soluciones de productos en varios diseños: desde los clásicos recuperadores de cuerpos extraños hasta soluciones especiales que convienen por su fácil manejo. Incluso los pólipos pequeños se pueden recoger de forma segura y sencilla con las trampas para pólipos.

Las pinzas y recogedores de cuerpos extraños se desarrollaron específicamente para la extracción de pequeños cuerpos extraños, pólipos cortados y tejidos de diversos tipos, para su uso en gastroenterología y broncoscopia. Una gran selección de diferentes tipos de instrumentos con una variedad de formas de perros perdigueros permite al usuario encontrar la herramienta adecuada para eliminar objetos extraños de diferentes estructuras y consistencias.

Vida Útil:

La vida útil del producto suele ser de 3 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

Ninguna

Instrucciones de Uso

Inspeccione visualmente las pinzas de cuerpo extraño, prestando especial atención a cualquier doblez o rotura. No lo use si se sospecha que está dañado. En este caso, póngase en contacto con nosotros.

1. Realice una endoscopia diagnóstica y visualice el área donde se ubica el cuerpo extraño.
2. Con las bandejas cerradas, inserte las pinzas de cuerpo extraño en el canal de accesorios en pequeños incrementos.
3. Abra la pinza y confronte en el cuerpo extraño que se va a extraer.
4. Cierre la pinza ejerciendo una ligera presión sobre el mango.
5. Mantenga una ligera presión sobre el mango para mantener los cerrados mientras extrae suavemente las pinzas del tejido.
6. Extraiga la pinza del canal con todo el endoscopio. Mantenga los alambres más cerrados con una ligera presión en el mango para evitar que se pierda.
7. Prepare el objeto de acuerdo con las pautas de su institución.
8. Deseche los productos de un solo uso de acuerdo con las pautas de residuos médicos de riesgo biológico

Características

Recuperadores de cuerpos extraños, teflón sobre espiral de acero inoxidable revestido; diferentes formas de fórceps

Catalogue No.	Forceps Shape	Catheter Outer Diameter (mm)	Working Length (cm)	Min. Accessory Channel (mm)
NEX0622-C	Alligator	2.3	180	2.8
NEX0822-C	Rat Tooth	2.3	180	2.8
NEX0822-G	Rat Tooth	2.3	230	2.8
NEX1418-A	Crocodile	1.8	120	2.0
NEX1418-C	Crocodile	1.8	180	2.0
NEX1422-C	Crocodile	2.3	180	2.8
NEX1422-G	Crocodile	2.3	230	2.8

Presentación	Empaque estéril sellado					
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación	Ila