

	FICHA TECNICA PLACA OSTEOTOMIA APERTURA FEMUR		
	Código: DE-IDI-0088-53	Fecha de publicación: 02-10-2012	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA PLACA OSTEOTOMIA APERTURA FEMUR			
NOMBRE DEL PRODUCTO	Placa Osteotomía Apertura Fémur		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirúrgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.		
USOS	Osteotomías de apertura del fémur distal lateral por artritis unicompartimental lateral con desviación en valgo		
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.		
DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO			
REFERENCIAS	CODIGO	Longitud (mm)	
PLACA OST. APERTURA FEMUR X 6.0MM	POAF06	6	
PLACA OST. APERTURA FEMUR X 8.0MM	POAF08	8	
PLACA OST. APERTURA FEMUR X 10MM	POAF10	10	
PLACA OST. APERTURA FEMUR X 11MM	POAF11	11	
PLACA OST. APERTURA FEMUR X 12MM	POAF12	12	
PLACA OST. APERTURA FEMUR X 14MM	POAF14	14	
PLACA OST. APERTURA FEMUR X 16MM	POAF16	16	