


	FICHA TECNICA ARANDELAS 4.0 Y 6.5 mm		
	Código: DE-IDI-0088-128	Fecha de aprobación: 02-10-2012	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA ARANDELAS 4.0 Y 6.5 mm			
NOMBRE DEL PRODUCTO	ARANDELAS 4.0 Y 6.5 mm		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S.		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S.		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.		
PRESENTACION COMERCIAL	Caja metálica		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible, Norma ASTM F 138-08. Ti6Al4V, Norma ASTM F 136-02A		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08, ASTM F 136-02A Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.		
USOS	Acompañada de tornillos, sobre todo en la zona metafisiaria del hueso		
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.		
DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO			
REFERENCIAS	CODIGO	Espesor (mm)	
ARANDELA 4.0MM	A40	1	
ARANDELA 4.0MM TI.	A40TI	1,1	
ARANDELA 6.5MM	A65	1	
ARANDELA 6.5 MM TI.	A65TI	1,1	