

**FICHA TECNICA CABLES****Código: DE-IDI-0088-78****Fecha de publicación: 02-10-2012****Versión: 1****INFORMACIÓN BÁSICA CABLES**

NOMBRE DEL PRODUCTO	Cables
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08-08

PRUEBAS Y PRECAUCIONES

PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08-08 Verificación de dimensiones y cantidades.
PRUEBAS DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.
USOS	Soporte y fijación a la placa cable en osteosintesis de fracturas periprotésicas
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

REFERENCIAS	CODIGO	Diametro (mm)	
CABLE	CBL	2,0	
CABLE 1.0MM	CBL1	1.0	
CABLE 1.5MM	CBL15	1.5	