


	FICHA TECNICA PLACA CABLE		
	Código: DE-IDI-0088-34	Fecha de publicación: 02-10-2012	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA PLACA CABLE			
NOMBRE DEL PRODUCTO	Placa Cable		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.		
USOS	Durante la fijación de: -Fracturas peri protésicas e inminentes. -Fijación del trocánter mayor después de una osteotomía en la artroplastia total de cadera o en las fracturas de cadera. -Fijación de las fracturas en espiral con encanijamiento intramedular.		
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.		
DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO			
REFERENCIAS	CODIGO	Agujeros	
PLACA CABLE BLOQ. 6H	PBCBL06	6H	
PLACA CABLE BLOQ. 8H	PBCBL08	8H	
PLACA CABLE BLOQ. 10H	PBCBL10	10H	
PLACA CABLE BLOQ. 12H	PBCBL12	12H	
PLACA CABLE 10H	PCBL10	10H	
PLACA CABLE 12H	PCBL12	12H	
PLACA CABLE 14H	PCBL14	14H	