

	PERNO BLOQUEANTE 4.0MM		
	Código: DE-IDI-0088-185	Fecha de publicación: 17-10-2013	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA PERNO BLOQUEANTE 4.0MM			
NOMBRE DEL PRODUCTO	PERNO BLOQUEANTE 4.0MM		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación. Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.		
USOS	Pernos para usar en el bloqueo distal de los clavos no fresados de 8.0 mm de tibia		
PRECAUCIONES	Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante. Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos esterilizados. Los implantes deben ser esterilizados en los contenedores de los set suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser esterilizados con vapor u óxido de etileno.		
DOCUMENTOS ASOCIADOS			
Planos: CPP-2762			
PERNO. BLOQUEANTE 4.0MM			
Referencia	Código	Imagen	Longitud (mm)
PERNO. BLOQUEANTE 4.0MM X 30MM	PB430		30
PERNO. BLOQUEANTE 4.0MM X 35MM	PB435		35
PERNO. BLOQUEANTE 4.0MM X 40MM	PB440		40
PERNO. BLOQUEANTE 4.0MM X 45MM	PB445		45