

FICHA TECNICA PLACA CABLE SOPORTE TROCANTERICO

Código: DE-IDI-0088-64

Fecha de publicación: 02-10-2012

Versión: 1


INFORMACIÓN BÁSICA PLACA CABLE SOPORTE TROCANTERICO

NOMBRE DEL PRODUCTO	Placa Cable Soporte Trocanterico
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08-08

PRUEBAS Y PRECAUCIONES

PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08-08 Verificación de dimensiones y cantidades.
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.
USOS	Manejo de fracturas de la diáfisis femoral proximal con compromiso avulsivo del trocanter mayor.
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

REFERENCIAS	CODIGO	Agujeros	
PLACA SOPORTE TROCANTERICO 4H	PST04	4H	
PLACA SOPORTE TROCANTERICO 5H	PST05	5H	