T.V.P.®

No-Varix

MEDIAS DE COMPRESIÓN PROGRESIVA
ANTIEMBÓLICAS - ANTITROMBÓTICAS

Para determinar la talla correcta de las medias T.V.P.®, tenga en cuenta estas medidas.

Talla

Punto de medida	Small / Chica / Pequeña Regular	Medium / Mediana Regular	Large / Grande Regular	X-Large / Extra Grande Regular
A. Circunferencia Pantorrilla	Hasta 31.8 cm	31.8 cm a 36,8 cm	36,8 cm a 41,9 cm	41,9 cm a 47 cm
B. Largo pierna	73,7 cm a 78,7 cm	73,7 cm a 78,7 cm	73,7 cm a 78,7 cm	Hasta 78,7 cm

A. Circunferencia Pantorrilla

Recomendaciones:
- Las heridas abiertas deben estar cubiertas con un apósito adecuado antes de usar el dispositivo.
- Siga las instrucciones de uso para evitar daños por mala manipulación y afectación en la calidad del producto.
- Use las medias de compresión progresiva de acuerdo a su prescripción médica.

Indicaciones:
- Diseñadas para la recuperación de pacientes en reposo.
- Antitrombóticas, antiembólicas, pre y post quirúrgicas en la prevención de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar.
- Uso hospitalario.

Contraindicaciones:
- Insuficiencia arterial severa
- Infecciones en la piel
- Ulceración activa
- Deformidad severa de la extremidad

Usos: Prevención y tratamiento de Trombosis Venosa Profunda

DESTAPE ÚNICAMENTE AL MOMENTO DE SER UTILIZADA

Contenido de fibras: 80% Nailon/Nylon, 20% Elastano/Spandex.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar en lugar fresco y seco, retirado de la luz directa del sol.

Disposición final: Las medias de compresión no deben ser arrojadas a fuentes de agua; depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos.

Manufacturado en Colombia por:
Texpon S.A.
Parque Industrial La Argelia N. 2
Vía Yumbo-Dosquebradas Km. 1.8 Yumbo - Cali
Teléfono (2) 825 5030
R.S. 16-99-2280-04-OP
NIT. 830.136.485-7

Importado por: Ortopédico Futuro S.A.
Dirección: Amazonas N 23-22 y Naciones Unidas
Quito - Ecuador RUC: 1792540452001
Reg. Sanitario Ecuador: 3766-DMC-2017

www.novarix.com