

	FICHAS TECNICAS DE PRODUCTO	CODIGO: FT-PR-01
		VERSION: 02
		FECHA: 03/03/2022

NOMBRE: ALAMBRE CERCLAJE

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2019DM-0003403-R1

DESCRIPCION:

- Instrumental fabricado íntegramente en acero inoxidable 316LVM.
- El instrumental presenta un acabado brillante.
- El instrumental es resistente a todos los métodos de lavado y esterilización reconocidos, además están libres de poros y/o aristas cortantes.
- Son de un solo uso.



MARCA:

Trae un grabado en una superficie mediante sistema laser, con los siguientes datos:

- Marca del fabricante.
- Lote.
- (opcional: Nombre corto de entidad, hospital).

INDICACION DE USO: Se utiliza para el mantenimiento de las reducciones de fractura y garantizar una fijación más fuerte y permanente.

GARANTIA:

- 2 años por defectos de corrosión o fabricación.

RECOMENDACIONES:

- Esterilizar con óxido de etileno, Sterrad o al vapor con temperatura de 132-153 grados Centígrados por 15 minutos. Tiempo de secado 8 minutos.
- Tener en cuenta que algunos materiales pueden variar el color con la esterilización.
- Realizar un pre lavado del material antes de proceder con el proceso de esterilización.
- El dispositivo médico no se entrega estéril.
- No dejar caer o golpear, pues puede afectar el funcionamiento.