

CERTIFICADO DE CALIDAD

F-017

Producto: MOVIFLEM INCENTIVO RESPIRATORIO RSB®
 Lote: “según lote facturado”
 Registro Sanitario: 2021DM-0007444-R1
 Fecha de Elaboración: “según lote facturado”
 Fecha de Vencimiento: N/A

ANÁLISIS DIMENSIONAL		
Característica	Estándar	Resultado
Dimensiones	Ficha Técnica	Conforme
ANÁLISIS VISUAL		
Característica	Estándar	Resultado
Apariencia	Ficha Técnica	Conforme
Color	Ficha técnica	Conforme
Número de piezas	Ficha Técnica	Completo
Empaque	Ficha Técnica	Completo
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO		
Característica	Estándar	Resultado
Resistencia al impacto	No se rompe	Conforme
Funcionamiento	Funciona (El estímulo sube y no se observa obstrucción en la manguera, ni en el tubo principal, ni en la columna.	Conforme

Certificamos que este lote ha sido **APROBADO**, cumpliendo con las especificaciones acordadas en la Ficha Técnica. **NO somos responsables por daños causados por mal almacenamiento o manejo inadecuado una vez entregado el producto.**

Aprobado por: _____
 Jefe de Producción