



**PAQUETES
QUIRÚRGICOS**

DE USO ÚNICO

CLASIFICACIÓN AAMI

**POLIPROPILENO GRADO
MÉDICO DE ÓPTIMA
CALIDAD**

**TELAS INTELIGENTES
ABSORBENTES EN
ZONAS CRÍTICAS**

PAQUETE QUIRÚRGICO CADERA REF. 29187 FICHA TÉCNICA



PAQUETE QUIRÚRGICO DE CADERA

Es un paquete ideal para cirugías de cadera, su campo quirúrgico principal cuenta con una **fenestración elástica en forma de pera** con cinta adhesiva interna para fijación que permite delimitar la referencia anatómica hasta la cresta iliaca, refuerzo en **SFS** en la zona crítica.

PAQUETES, CAMPOS Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS

Son dispositivos que contienen material que ha sido esterilizado, que cumplen como barrera efectiva para impedir o disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos desde el equipo quirúrgico o el propio del paciente hasta la herida quirúrgica.

FDA (Food and Drug Administration)

La ropa desechable estéril Convertors, está elaborada en **SMS** azul de alto rendimiento (100% polipropileno de óptima calidad), tela absorbente **SFS** (compuesta por 3 capas: capa superior de **SPUNBOND** absorbente en polipropileno; capa media, película de **Poliolefina azul impermeable** y la inferior **SPUNBOND** de polipropileno); las cuales proporcionan la protección necesaria contra la sangre y la penetración viral de acuerdo con las directrices del **CDC** de 1999 para la **prevención de infecciones quirúrgicas**. Esta misma tecnología aprobó los métodos de prueba estándar ASTM F1670 y ASTM F1671. Las cirugías de alta complejidad con mayor exposición a fluidos requieren un paquete que esté compuesto por una barrera eficiente en la zona crítica de **SFS REFORZADO**, que absorba y retenga los fluidos impidiendo el paso de estos a través de la piel del paciente, disminuyendo el riesgo de infección del sitio operatorio e hipotermia ⁽¹⁾.

AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

La tela no tejida SFS y SMS polireforzada de nuestros paquetes están clasificadas en nivel 4, proporcionando la barrera más alta de protección disponible entre la ropa quirúrgica de uso único, los demás componentes se clasifican en el nivel 3 de protección. Todos los materiales de fabricación son **libres de látex**. Las telas no tejidas de polipropileno óptimas de última tecnología tienen un recubrimiento interior que asegura rendimiento en el **Test de Gelbo Lint**, nuestra ropa quirúrgica cumple con las pruebas que certifican que son libres de pelusa.

En el 2004, avaló el estándar y consenso de la American National Standards Institute/Association of the Advancement of Medical Instrumentation (ANSI/AAMI) PB70:2003, "Desempeño y clasificación como barrera contra líquidos de ropa y sábanas previsto para el uso en entidades de salud." Nueva terminología en estándar describe los niveles de protección de batas y otras ropas de protección previstos para el uso en entidades de salud y especifica métodos de prueba y resultados de desempeño necesarios para verificar y validar que la bata provee los nuevos niveles definidos de protección:

- Nivel 1: riesgo mínimo, para ser usada por ejemplo durante cuidado básico, aislamiento estándar. Batas y campos quirúrgicos. AATCC42 resistencia al agua TEST DE PENETRACIÓN DE IMPACTO.
- Nivel 2: riesgo bajo, batas, campos quirúrgicos y accesorios para ser usados por ejemplo durante toma de sangre, sutura, en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) o laboratorio de patología. AATCC42 TEST DE PENETRACIÓN DE IMPACTO, AATCC127 TEST DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA.
- Nivel 3: riesgo moderado, batas, campos quirúrgicos y accesorios para ser usados por ejemplo durante la toma de sangre arterial, inserción de línea intravenosa (IV), en sala de emergencias, o en casos de trauma. AATCC42 TEST DE PENETRACIÓN DE IMPACTO, AATCC127 TEST DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA requiere un mayor valor que para el nivel 2 (en nuestros paquetes las referencias con este nivel se identifican con el color **AZUL**).
- Nivel 4: alto riesgo, batas, campos quirúrgicos y accesorios para ser usados por ejemplo durante cirugías largas con altos niveles de fluidos, cuando se necesite resistencia a patógenos o se sospeche enfermedad infecciosa. En nuestros paquetes las referencias con este nivel se identifican con el color **MORADO**. Los test más exigentes ASTM F1670 ASTM F1671 involucra simuladores de fluidos corporales y patógenos de la sangre siguiendo un protocolo con tiempos de exposición y presión estándar con un alto nivel de exigencia como barrera en laboratorio. ⁽²⁾

1.Tomado de UNE-EN 13795-1:2020 Paños y sábanas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Paños y batas quirúrgicas. <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063089>.

2.Tomado de AAMI PB70: 2003 (resumen) (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) Clasificación de nivel de barrera para ropa protectora y campos quirúrgicos para uso en centros de salud. <http://codeinep.org/wp-content/uploads/2017/02/AAMI-PB70-traducido.pdf>.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

CARACTERÍSTICAS

1. **SMS** 100% polipropileno de óptima calidad, clasificación AAMI en todas nuestras referencias.
2. Refuerzos de **SFS** en la zona crítica /fenestración elástica en forma de pera.
3. Cumplimos con la norma internacional.
4. Libres de pelusa.
5. Libre de Látex.
6. Cintas adhesivas gruesas en la zona de fenestración.
7. Anillos de sujeción o velcros para sujetar cables.
8. Flechas señalizadoras para apertura y correcta colocación de los campos quirúrgicos.
9. Estériles en método industrial ETO o RAYOS GAMMA.

VENTAJAS


1. Impermeable para **AAMI 3**.
2. **SFS** Resistente a penetración viral (ASTM F1671) y a penetración de sangre (ASTM F1670) para **AAMI 4**.
3. **UNE-EN 13795**: requisitos y método de ensayo para ropa quirúrgica.
ISO 13485: sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos.
CFR1610 Prueba de inflamabilidad.
4. Certificado por el Test de Gelbo Lint.
5. Actualmente hay un crecimiento de la población médica alérgica al látex según estudios clínicos.
6. Mantiene los campos fijos en su lugar durante todo el procedimiento quirúrgico.
7. Fijación para cables en la parte superior o inferior del campo quirúrgico.
8. Orientación precisa en la apertura.
9. Método de esterilización avalado por la normativa internacional (**ANSI/AAMI /ISO 11135 /11137**).

BENEFICIOS

1. **BARRERA MICROBIANA EFICAZ**.
2. **CONFIABILIDAD** en las telas refuerzo como barrera contra fluidos y microorganismos.
3. **SEGURIDAD** para nuestros clínicos y pacientes con el cumplimiento de la normatividad.
4. **DISMINUYE** el factor de riesgo de infección del sitio operatorio o formación de granulomas por reacción de cuerpo extraño en la herida quirúrgica asociado a la liberación de pelusa.
5. **SEGURIDAD Y BIOCOMPATIBILIDAD** en los procedimientos quirúrgicos.
6. **AISLA** el área quirúrgica efectivamente. Previene también la contaminación cruzada con áreas no estériles.
7. **EVITA** deslizamiento y contaminación de dispositivos médicos, manteniendo el control de líneas de succión o electrocirugía.
8. Guía para el clínico y **CERTEZA EN LA CORRECTA COLOCACIÓN** anatómica del campo quirúrgico.
9. **CALIDAD CERTIFICADA** en el proceso de esterilización de nuestros paquetes.

CONTENIDO PAQUETE QUIRÚRGICO

CADERA REF. 29187

CANTIDAD	CONTENIDO	CARACTERÍSTICAS
1	Envolvedera reforzada	Polietileno con refuerzo medidas 127 cm x 228.6 cm
1	Campo quirúrgico de cadera 	Elaborado en SMS, zona crítica reforzada con SFS impermeable, absorbente medida 77.5 cm x 127 cm. Dimensiones totales del campo: - Ancho 221 cm - Largo 326 cm Fenestración elástica ajustable de 20 cm, con adhesivo interno para fijación a cadera. Anillos para sujeción de cables.
1	Campo en U	Adhesivo, polietileno, impermeable. Medidas - Ancho 152.4 cm. - Largo 213.4 cm. - U: 20 cm x 76 cm.
2	Batas	Nivel AAMI 4, con refuerzo en las zonas críticas, proporcionando la protección necesaria contra la sangre y penetración viral. Talla XL
1	Estoquineta	Impermeable 30.5 cm x 122 cm
2	Campos de piel	Adhesivos, no absorbentes
1	Funda de mayo	Polietileno con refuerzo. 58 cm de ancho x 140 cm de largo.
1	Bolsa para suturas	Con adhesivos para fijación
Caja x 6 unidades		

AAMI 3
Barrera Impermeable

AAMI 4
Barrera Viral

CERTIFICADO
FDA



NORMATIVIDAD

1. **EN 13795:** métodos de ensayo y requerimientos esenciales para campos y batas de utilización quirúrgica como dispositivo médico.
2. **ANSI / AAMI PB70:** norma de rendimiento y clasificación como barrera contra líquidos para prendas de protección y campos utilizados en las instituciones de salud.
3. **ASTM F1670/1671:** método de prueba estándar para la resistencia de los materiales utilizados en prendas de protección a la penetración de sangre sintética y penetración viral.
4. **TEST DE GELBO LINT:** procedimiento usado para medir el número de partículas de pelusa eliminadas de un tejido durante la flexión repetida.
5. **PRUEBA DE INFLAMABILIDAD:** 16 CFR Parte 1610, efecto retardante al fuego.
6. **ANSI/AAMI/ISO 11135:** esterilización de productos sanitarios ÓXIDO DE ETILENO.
7. **ANSI/AAMI/ISO 11137:** esterilización de productos sanitarios en RAYOS GAMMA.

Registro invima: 2014DM-0012466

Nivel de riesgo: i

Envase: caja

Empaque: polietileno grado médico con filtro

Estado: esterilización industrial en óxido de etileno o rayos gamma

Rotulado: de ley

Desecho: según protocolo institucional

Almacenamiento: conservar en un lugar limpio y fresco

Uso: único

Contenido: paquete quirúrgico