



ARROW MEDICAL S.A.S.
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA :	09FX05R	MARCA :	TERUMO CVS CORPORATION
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :	OXIGENADOR FX NEONATAL CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO CAP. MAX. 1000 CC Y RECUBRIMIENTO X-COATING		
REGISTRO SANITARIO :	2023DM-0027434	F.V REGISTRO INVIMA:	09-agosto-2033
CLASIFICACION DE RIESGO	IIA	TITULAR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S -
PRESENTACION :	C X 1	FABRICANTE:	TERUMO CORPORATION (ASHITAKA
ESTERILIZACIÓN :	Oxido de Etileno	IMPORTADOR:	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S -
VIDA UTIL:	3 AÑOS	CÓDIGO DE BARRAS:	
DIMENSIONES EMPAQUE		CIUDAD PAÍS ORIGEN	JAPON
MATERIAL Y PROPIEDADES:	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA EN POLIURETANO, CON RECUBRIMIENTO X-COATING, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, INTERCAMBIADOR DE CALOR INTEGRADO AL OXIGENADOR Y UN RESERVORIO VENOSO RÍGIDO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN, DISPOSITIVOS APTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA .ESPECIFICACIONES DEL OXIGENADOR: AREA DE SUPERFICIE (M2) 0,5-FLUJO MAX L/MIN 1,5-VOL CEBADO(ML) 43		
CONTENIDO:	OXIGENADOR Y FILTRO ARTERIAL INTEGRADO , E INTERCAMBIADOR DE CALOR SE PUEDE DESCONECTAR DEL RESERVORIO VENOSO RÍGIDO Y SER COLOCADO EN SOPORTE ESPECIAL PARA SU FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MUESTREO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, PUERTOS PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA VENOSA Y ARTERIAL, LÍNEA DE PURGA, LÍNEA DE RECIRCULACIÓN PARA ELIMINAR LAS BUBUJAS DE AIRE Y/O ADAPTADOR PARA UNIRSE AL CIRCUITO		
INDICACIONES DE USO :	PACIENTES QUE REQUIERAN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA COMO: REPARACIÓN VÁLVULAR. CORRECCIÓN ENFERMEDAD CORONARIA CARDIOPATÍAS CONGENITAS. ANEURISMAS VENTRICULARES. ENFERMEDAD DE AORTA ASCENDENTE Y DESCENDENTE. TRANSPLANTE CARDÍACO O PULMONAR		
PRECAUCIONES DE MANEJO:	NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO. USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO.		