

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:		Cánister			
NOMBRE GENÉRICO:		Recipiente Colector			
REGISTRO SANITARIO:	2021DM-0024234	VIGENCIA	14/09/2031		
ESTÉRIL	No	MÉTODO:	No se recomienda esterilizar		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIA	VIDA ÚTIL: 3 AÑOS		
TIPO DE DISPOSITIVO:		No Invasivo			
FABRICANTE:		SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.		PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:		Uno (1)		PRESENTACION COMERCIAL:	Unidad

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	Los recipientes de la serie CS / CL están diseñados para utilizarse junto con la unidad principal del dispositivo de terapia de heridas por presión negativa (NPWT) fabricado por Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd para recolectar diversos exudados de heridas.
USO INDICADO	Recolección del exudado de heridas tratadas con el dispositivo LIFOTRONIC.
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CS300	CANISTER 300 ML
CS500	CANISTER 500 ML
CL500	CANISTER 500 ML
CL1000	CANISTER 1000 ML

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO
Canister	PC
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Tubo conector, accesorios del dispositivo y dispositivo LIFOTRONIC

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura recomendada (°C):	-10 - 50	Humedad recomendada (%):	5 - 85
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		