

FICHA TÉCNICA



CABESTRILLO TOT DE UNA SOLA
INCISIÓN, MÍNIMAMENTE INVASIVO
PARA CORRECCIÓN INCONTINENCIA
URINARIA FEMENINA

INFORMACIÓN PRODUCTO


Marca: NEOMEDIC (DIMA S.L.)

Referencia/Nombre comercial:
NL-01 / NEEDLELESS

Registro sanitario INVIMA:
2020DM-0021450 Vigencia 19/03/2030

Unidad de medida: Unidad

Certificados: UNE-EN ISO 13485 : 2016



DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El sistema Needleless consiste en una malla de 100% polipropileno monofilamento macroporo para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina. No necesita de agujas, siendo un TOT de única incisión, por lo que el sistema permite un implante rápido, efectivo, seguro y de mínima invasión pero con los mismos resultados que las mallas estándar transobturadoras. El soporte uretral efectivo del Needleless equivale al de una malla TOT estándar.

- El Contasure Needleless tiene un sistema patentado de bolsillos que permite el ajuste intraoperativo de la malla.
- De un solo uso: esterilizado por oxido de etileno.

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Todos los componentes de Contasure Needleless han sido diseñados para ser utilizados una sola vez en un único paciente. Los componentes del sistema Contasure Needleless son:



- Un cabestrillo de malla de monofilamento de polipropileno.
- Punta de inserción para guiar el paso del cabestrillo en la colocación.

CARACTERÍSTICAS

POROSIDAD	55%
CLASIFICACIÓN AMID	AMID TIPO I—MACROPORO
TAMAÑO DE PORO	1,0 mm
DENSIDAD DE LA MALLA	45 g/m ²
ESPESOR DE LA MALLA	0,4 mm
DIMENSIÓN DEL CABESTRILLO	114 mm

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Punta introductora de uso opcional incluida en el paquete del producto que permite un pase más suave del forceps para introducir la malla.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

 (604) 261 04 05
Carrera 43A No. 19A – 87 Oficina212
Medellín, Antioquía.

 contacto@invivo.com.co
www.invivo.com.co

 Instagram: @invivobioingenieria
 Facebook: Invivo Bioingeniería S.A.S
– Gestión Tecnológica en Salud

Elaborado por: Juan Esteban Parra Tavera
Revisado por: Lorena Valencia Salazar
Aprobado por: Hugo Orlando Rebolledo B.

Formato
Versión

Coordinador de Compras
Líder Comercial
Gerente General
Código FT-05
02

10/03/2022
14/03/2022
14/03/2022