


Proteger es prevenir, prevenir es ahorrar.



Ficha técnica - REF: PT23104ES

SET PASO DE CATÉTER CENTRAL

Página 1 de 1 Versión: FT1



| Información | | | |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Letra | Cant | Contenido | Medidas |
| Α | 2 | Toallas absorbentes | 30 x 38 cm |
| В | 1 | Bata quirúrgica Estándar | Talla: L |
| C | 4 | Gasas no tejidas - 4 Pliegues | 4" x 4" (10 x 10 cm) |
| D | 1 | Indicador químico | - |
| E | 1 | Campo quirúrgico impermeable con fenestración cuadrada de 12 x 12 cm y cintas adhesivas hipoalergénicas | 1.70 x 2.29 mt |
| F | 2 | Gasas no tejidas | 0.60 x 0.60 mt |
| G | 1 | Envolvedera | 0.80 x 0.80 mt |
| | | | |

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Descripción

• Ideales para la implantación de catéteres para accesos vasculares CVC, PIC con el propósito de asegurar la esterilidad durante el procedimiento.

Usos Recomendados

Para colocación de catéteres que requieran técnica estéril como catéter venoso periférico, catéter venoso central, catéter de Hickman, de picc, de reservorio, entre otros.



Vida útil

Estéril: 3 años

Unidad de empaque

- Primario: paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 20 unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

Después del uso, se deben separar en la fuente como residuos no peligrosos reciclables o como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso - Derechos reservados de UNION MEDICAL S.A.S - Prohibida su reproducción o vinculación.





