


1. Código y Nombre del Producto: AL-12009.V006— Circuito de Ventilación Adulto en PVC estéril alma lisa.



2. Manufactura:

Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turkia)

3. Método de Esterilización

Producto de único uso

4. Empaque:

Embalajes de papel. Fabricado en sala limpia ISO Clase 8

5. Uso previsto y descripción funcional:

Circuitos desechables utilizados para conducir gases médicos desde el sistema de ventilación al paciente. Los gases salen de la máquina de ventilación (por la salida de gas común) y luego ingresa a un circuito respiratorio. La función del circuito es entregar oxígeno y gases al paciente y eliminar el CO2.

6. Vida útil :

5 años después de su producción .

7. Descripción de producto:

7.1. Clasificación: Clase IIa regla 2

7.2. Este producto no contiene partes metálicas

7.3. Especificación del producto :

*22mm 180 cm línea inspiratoria y espiratoria

*Codo con conector de puerto luer lock para CO2

*Conector en Y con Puerto de presión y temperatura

8. Calidad:

EN ISO 13485:2003, 93/42/EEC Medical Device Directive, EN ISO 5367, EN ISO 5356-1, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 11607-2:2009, EN ISO11135-1:2007, EN ISO 23328-1, EN ISO 23328-2, EN ISO 594-1

9. Waste Method:

Después de su uso el circuito es considerado residuo hospitalario por lo cual debe ser descartado como tal y eliminado según los protocolos Institucionales y nacionales correspondientes.