



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0518



(2018)国认监认字(507)号



180014233341

检 验 报 告

检验编号：QT-2020-2

样品名称：一次性 PVC 手套

委托单位：江西蓝博医疗制品有限公司

检验类别：委托检验

国家乳胶制品质量监督检验中心



注 意 事 项

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
除全文复制外，未经批准不得部分复制报告。
- 3、报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，为了您的利益，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、检验结果仅适用于所检样品，不得以其作为产品推销的依据。

地 址：湖南省株洲市荷塘区新华东路 818 号

邮政编码：412003

电 话：0731-22495120

传 真：0731-22495101

网 址：<http://www.latextest.com>

邮 箱：Latex101@sina.com

国家乳胶制品质量监督检验中心

检 验 报 告

检验编号: QT-2020-2

共 2 页第 1 页

样品名称	一次性 PVC 手套	型号规格	无粉 中号
商标	/	来样方式	客户邮寄
委托单位名称 及地址	江西蓝博医疗制品有限公司 江西省九江市彭泽县澎湖湾工业园区		
样品来源信息	江西蓝博医疗制品有限公司		
送(抽)样者	郑刚	送(抽)样日期	2020.4.6
样品状态	样品完好	样品批号	LB200402
批量(抽样基数)	150000 只	来样数量	400 只
到样日期	2020.4.8	检验依据	GB 24786-2009
检验日期	2020.4.8-4.17	环境条件	(21-23) °C
检验类别	委托检验	报告编写者	黄超
检验结论: 经检验, 样品所检项目性能达到 GB 24786-2009 的要求。 签发日期: 2020 年 4 月 17 日			
备注: /			

批准:

邵三平

审核:

杨杰

主检:

成静

职称: 教授级高工

国家乳胶制品质量监督检验中心

检 验 报 告

检验编号：QT-2020-2

共 2 页第 2 页

检验项目		检验指标			检验结果				单项 结论
		物理性能	AQL	n[Ac Re]	物理性能	不合格数		AQL	
老化前	扯断力, N	≥4.8	4.0	13[1 2]	5.4-6.0	0	0	<4.0	合格
	拉断伸长率, %	≥350			350-360	0			
规格 尺寸 (M)	长度, mm	≥230	4.0	13[1 2]	238-243	0	0	<4.0	合格
	宽度, mm	95±5			92-95	0			
	厚度 (光面), mm	0.08-0.22			0.08-0.12	0			
不透水性		无渗漏	2.5	200[10 11]	有渗漏	5		<2.5	合格
备注: n 为样本量, Ac 为接收数, Re 为拒收数。									

复核：谢时俊

检验：成静