

Guantes Examen de Nitrilo MUNCARE

Ficha Técnica

Descripción

Guantes de examinación Nitrilo sin polvo, no estéril, ambidiestro. Disponibles es talla XS, S, M, L, XL.

Usos

Dispositivo médico protector de manos, formando una barrera bidireccional entre el personal sanitario y el entorno con que se toma contacto a través de las manos. Útil en trabajos de examen, enfermería, manipulación de material médico no estéril.

Aspectos Técnicos

Composición: Látex sintético de nitrilo

Características: Diseño ambidiestro y puntas de los dedos texturizadas, uniforme, libre de manchas, granulaciones, sin roturas y orificios. Sin polvo, impermeable y libre de látex.

Color: Azul cobalto.

Esterilidad: No estéril

Dimensiones:

Tamaño	Peso (g)	Longitud (mm)	Ancho Palma (mm)
XS	3.0 ± 0.2	Mín. 240	70-79
S	3.3 ± 0.2	Mín. 240	80-89
M	3.5 ± 0.2	Mín. 240	90-99
L	3.8 ± 0.2	Mín. 240	100-109
XL	4.1 ± 0.2	Mín. 240	110-119



Grosor:

Sector del guante	Grosor (Mm)
Dedos	Min. 0.10
Palma	Min 0.06
Mango	Min 0.05

Disposición Final: Descartable.

Duración: 5 años a partir de elaboración.

Empaque

Caja de cartón, resistente al transporte, distribución y apilación.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición permanente al sol, temperaturas superiores a 40°C y humedad.

Otras referencias

Manufacturado por Maxter Glove Manufacturing SDN BHD, Malasia. Importado y distribuido por Munnich Pharma Medical Ltda. Distribuido por Socofar S.A.

Código	Descripción Producto	Empaque
288891	Guante Examen Nitrilo sin polvo XS	100/caja
288892	Guante Examen Nitrilo sin polvo S	100/caja
288893	Guante Examen Nitrilo sin polvo M	100/caja
288894	Guante Examen Nitrilo sin polvo L	100/caja
288895	Guante Examen Nitrilo sin polvo XL	100/caja